




آموزش به بیمار

مراقبت از راه وریدی پیشرفته

(پلی سایت)



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ
واحد آموزش به بیمار

کد سند: DSKH-PAM074

تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ بازنگری هفتم: آذر ۱۴۰۱

بازنگری بعدی: آذر ۱۴۰۳

- باید مراقب بود که ضربه ای به پلی سایت وارد نشود.

- در صورت وارد شدن ضربه به پلی سایت و کبودی محل پلی سایت باید به پزشک مراجعه کنید.

- در صورتیکه در محل پلی سایت قرمزی، التهاب و ترشح چرکی بروز کرد حتماً به پزشک مراجعه کنید.

- بخیه های ناحیه گردن ۲ هفته بعد و بخیه های روی پلی سایت حدوداً ۳ تا ۴ هفته بعد از عمل پلی سایت کشیده می شود.

- محل بخیه ها باید تمیز نگه داشته شود.

روشهای دسترسی به آموزش مجازی بیمارستان دکتر شیخ
مراجعه به وب سایت بیمارستان لینک آموزش به بیمار به آدرس
<https://sheikh.mums.ac.ir/education/patient-education>

https://www.aparat.com/Dr.Sheikh_Hospital/videos
(فیلمهای آموزشی)

مستقیم به صفحه اسکن کد با نرم افزار بار کد خوان و ورود
مطالب آموزشی سایت بیمارستان



در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می توانید همه روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت حضوری یا از طریق تلفن زیر مشاوره دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۲۰۲

صبح ها ساعت ۸ الی ۱۲

منبع: <http://www.nursingconsult.com>

مراقبت از پلی سایت بعد از فعال سازی

- پلی سایت توسط یک پرستار مجرب و با رعایت کامل شرایط استریل به وسیله سوزن های مخصوص فعال و با پانسمان پوشانده می شود. سپس با چسب محکم می شود.

- بعد از فعال سازی، باید مراقب بود سوزن از محل خود خارج نشده و توسط کودک کشیده نشود.

- در زمان فعال بودن پلی سایت باید مرتب سرم کودک در جریان باشد تا مانع از ایجاد لخته در مسیر پلی سایت شود.

- پانسمان محل پلی سایت تمیز نگه داشته شود.

در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر به پرستار اطلاع دهید:

- تمام شدن سرم کودک

- تغییر و کم شدن سرعت جریان سرم

- ایجاد درد

- وجود تورم در محل پلی سایت و روی قفسه سینه و گردن

- خونریزی و خیس شدن پانسمان محل

- بی قراری شدید کودک

مراقبت بعد از ترخیص

- بعد از ترخیص مسیر پلی سایت توسط پرستار مربوط بهارینه شده تا مانع از لخته شدن خون در داخل دستگاه شود سپس سوزن بیمار قابل کشیده شده

- و محل آن با گاز استریل پوشانده می شود که بعد از مراجعه به منزل قابل برداشته شدن می باشد.

- کودک محدودیتی در حمام کردن ندارد. اما باید از ورزش های سنگین مثل شنا، تیراندازی و یا ورزش هایی که امکان اعمال فشار بر روی پلی سایت دارد؛ خودداری نمود.

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکانتان باشیم.



پلی سایت چیست؟

درمان های طولانی مدت وریدی با آنتی بیوتیک ها، تزریق داروهای شیمی درمانی، ترانسفوزیون یا نمونه گیری خونی، رگ گیری های مکرر از بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن که نیاز به شیمی درمانی های مکرر دارند، مشکلات فراوانی برای بیماران به وجود می آورند. دسته ای از این مشکلات عبارتند از عفونت، زخم محل آنژیوک به دنبال نشت داروهای شیمی درمانی، قرمزی، التهاب و درد به دنبال تزریقات مکرر.

امروزه وسایل خاصی برای رفع این مشکلات به بازار آمده است. یکی از این وسایل پلی سایت است. پلی سایت وسیله ای است که به طور کامل در زیر پوست ناحیه قفسه سینه قرار گرفته که از آن برای تزریق سرم، دارو، خون، پلاکت و گرفتن نمونه خون استفاده می شود و دیگر نیاز به انجام رگ گیری و سوزن زدن به کودک نمی باشد.

در صورت نیاز به گذاشتن پلی سایت، دستور جراحی توسط پزشک داده می شود و برای کودک مشاوره جراحی درخواست می شود و در صورت نداشتن مشکل خاص کودک آماده عمل پلی سایت می شود.

مراقبت های قبل از عمل

- پلاکت های کودک قبل از عمل باید به اندازه کافی بالا باشد (معمولا بالای ۵۰ هزار) و کودک هیچ گونه مشکل خونریزی دهنده ای نداشته باشد.
- کودک نباید تب داشته باشد و حال عمومی مناسب برای جراحی داشته باشد.
- لازم است کودک حدود ۶ تا ۸ ساعت قبل از جراحی، ناشتا باشد و چیزی نخورد.
- کودک باید حتما لباس اتاق عمل را بپوشد.
- پرستار دست بندی به دست کودک می بندد که مشخصات کودک روی آن نوشته شده است.



کار گذاشتن پلی سایت

این دستگاه توسط جراح و در اتاق عمل تحت بی هوشی عمومی کار گذاشته می شود.

مراقبت بعد از عمل

- بعد از عمل کودک توسط پرستار از اتاق عمل به بخش آورده می شود.
- بعد از هوشیاری کامل حدود ۲ تا ۳ ساعت پس از جراحی با اجازه پرستار می توانید رژیم مایعات برای کودک شروع کنید و بعد از تحمل مایعات، رژیم کودک معمولی می شود.
- رژیم مایعات شامل چای، شیر، آب میوه و... می باشد.
- معمولا ۲۴ ساعت بعد از عمل یک عکس از قفسه سینه کودک گرفته و در صورت طبیعی بودن محل قرار گیری پلی سایت، دستگاه قابل فعال شدن می باشد.